

穗（番）环管影〔2021〕143号

广州市生态环境局关于广州番禺普瑞眼科医院 新建项目环境影响报告表的批复

广州番禺普瑞眼科医院有限责任公司（91440101MA9W4FQB0L）：

你单位报送的《广州番禺普瑞眼科医院新建项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、广州番禺普瑞眼科医院新建项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区东环街东艺路137号，申报内容为提供眼科疾病的门诊、住院等医疗服务，设30张床位。该项目占地面积2300.79平方米，总建筑面积10957.44平方米，主要建筑物有1栋五层建筑物；主要设备有真空压力灭菌器1台、软水机1台、准分子激光手术系统1台、光催化空气消毒机5台、眼底荧光造影系统1台、光学相干断层扫描仪1台、角膜地形图仪1台以及医疗配套设备一批等；员工60名，内部不安排食宿。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，在拟选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、经营范围和环境保护措施进行建设。

二、该项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）水污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 “综合医疗机构及其他医疗机构预处理标准”排放限值。生活污水排放量不超过 540 吨/年；医疗废水排放量不超过 4417 吨/年。

（二）大气污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 3 “污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”标准要求。

（三）距离东艺路一侧 30 米以内的边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类区限值，即：昼间 $\leq 70\text{dB}(\text{A})$ ，夜间 $\leq 55\text{dB}(\text{A})$ ；其余边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类区限值，即：昼间 $\leq 60\text{dB}(\text{A})$ ，夜间 $\leq 50\text{dB}(\text{A})$ 。

三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）项目排水系统采用雨污分流。软水机浓水作为清净下水排放；医疗废水和生活污水一并经自建一体化污水处理设施预处理后排入市政集污管网，送中部净水厂处理。项目设置废水总排口 1 个。

（二）污水处理站臭气收集经“高效生物净化器”装置处理后引至项目所在地楼顶排放。项目设置废气排放口 1 个。

加强车间边界无组织排放废气的监控，确保车间边界无组织排放监控点的废气达到相应标准限值的要求，监测超标时应对无组织排放废气进行收集、净化处理。

（三）选用低噪声设备，合理布设病房，对噪声源采取隔声、

减振等措施,定期检修设备,靠近东艺路一侧的窗户安装隔声窗。

(四) 医疗废物、污水处理设施产生的污泥、废墨盒等属于危险废物的须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

四、该项目的性质、规模、地点、经营范围或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、自《报告表》批准之日起超过五年,方决定该项目开工建设的,《报告表》应当在开工建设前报我局重新审核。未经我局重新审核同意的,不得擅自开工建设。

六、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度,具体要求如下:

(一) 项目竣工后,建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序、时限,对配套建设的环境保护设施进行验收,编制验收报告,依法向社会公开。

(二) 项目配套建设的环境保护设施经验收合格后,方可投入生产或者使用。

七、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题,应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

八、如不服本行政许可决定,你单位可在接到本行政许可决定之日起 60 日内向广州市人民政府(地址:广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼市政府行政复议办公室,电话:

020-83555988), 也可向广东省生态环境厅(地址: 天河区龙口西路 213 号, 电话: 020-87533928、87531656) 申请行政复议; 或者在收到文书之日起 6 个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》(粤府函〔2021〕99 号) 的规定, 自 2021 年 6 月 1 日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责, 建议向广州市人民政府提出行政复议申请。

广州市生态环境局

2021 年 8 月 24 日

公开方式: 主动公开

抄送: 广州市生态环境局番禺分局执法大队、第一环境保护所, 广州颐景环保科技有限公司。