

穗环管影（番）〔2022〕49 号

广州市生态环境局关于广州市新舞台灯光设备有限公司改扩建建设项目环境影响报告表的批复

广州市新舞台灯光设备有限公司（91440101745961383Q）：

你单位报送的《广州市新舞台灯光设备有限公司改扩建建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、广州市新舞台灯光设备有限公司改扩建建设项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区石楼镇华山路 3 号，申报内容为在原有项目的基础上新增回流焊、浸焊、洗板、测试等工序，年产硅箱 100 套、硅柜 200 套、调光台 20 套。改扩建后总体项目占地面积 4822.46 平方米，总建筑面积 3627.42 平方米，主要建筑物有 1 座二层生产车间、1 座三层仓库、1 座二层办公室、1 座三层宿舍（使用一、三层）；主要设备有回流焊 1 台、锡炉 1 台、电烙铁 30 把、洗板机 1 台、主板测试台 1 台、人工组装设备 1 批、老化测试设备 1 批、打包机 1 台、空压机 1 台等；员工仍为 45 名，内部安排食宿。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，

该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，在现选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、该项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。改扩建后，生活污水排放量不超过 1539 吨/年。

（二）TVOC 排放参考执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表 1 第 II 时段排气筒总 VOCs 排放限值及表 2 无组织排放监控点浓度限值；油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模限值；其他大气污染物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。

（三）边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类区限值，即：昼间 $\leq 65\text{dB(A)}$ ，夜间 $\leq 55\text{dB(A)}$ 。

三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）冷却水循环使用，定期更换产生的冷却水排至市政污水管网。喷淋塔定期进行捞渣，定期更换产生的喷淋废水经妥善收集后交由具有危险废物处理资质的单位转移处置。项目不新增污水排放口。改扩建后，总体项目设置生活污水排放口 1 个。

（二）应严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的各项控制要求。设置独立密闭的回流焊车间、浸锡车间，采用密闭型回流焊设备；焊接、洗板工序产生的废气

经收集至“喷淋塔（含除雾装置）+二级活性炭吸附装置”处理后通过不低于 15 米高排气筒排放；饭堂使用清洁能源，油烟经高效油烟净化装置收集处理后通过排气筒引至饭堂天面排放。项目不新增废气排放口。改扩建后，总体项目设置废气排放口 2 个。

加强车间边界无组织排放废气的监控，确保车间边界无组织排放监控点的废气达到相应标准限值的要求，监测超标时应加强对无组织排放废气进行收集、净化处理。

（三）选用低噪声设备，合理布设生产车间，对噪声源采取隔声、减振等措施，定期检修设备。

（四）废毛刷、喷淋废水、废活性炭、废化学品容器等属于危险废物的须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

（一）项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准、程序、时限，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

（二）项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。

六、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、

水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

七、如不服本行政许可决定，你单位可在接到本行政许可决定之日起 60 日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路 213 号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起 6 个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99 号）的规定，自 2021 年 6 月 1 日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议向广州市人民政府提出行政复议申请。

广州市生态环境局

2022 年 1 月 30 日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局番禺分局执法二科、番禺第四环保所，广州光羽环保服务有限公司。